ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.31.010.A № 49667/2

Срок действия до 04 декабря 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы дымовых газов Testo 320

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Testo SE & Co. KGaA", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **52542-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП РТ 1790-2012 с Изменением №1

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Свидетельство об утверждении типа переоформлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **06 июля 2018 г. № 1425**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства С.С.Голубев

"16" 07 2018 г.

Серия СИ № 042657