



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

**CN.C.30.010.A № 50666**

**Срок действия до 13 мая 2018 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
**Измерители давления Testo 510, Testo 511**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
**Testo Instruments Co. Ltd., Китай**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **53431-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
**МП РТ 1891-2013**

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **13 мая 2013 г. № 482**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства



Ф.В.Булыгин

"....." ..... 2013 г.

Серия СИ

№ 009615

**Срок действия до 27 апреля 2023 г.**

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **27 апреля 2018 г. № 828**

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

С.С. Голубев



..... 2018 г.